

# Evaluation par des services de l'AP HP de l'apport d'une interface lipido-colloïde souple (Urgotul® souple) dans la prise en charge de plaies nécessitant une grande conformabilité

F. Berthelot <sup>(1)</sup>, M. Aubry <sup>(2)</sup> et F. Legrand <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Cadre supérieur de santé, Chirurgie vasculaire et endocrinienne, Hôpital H. Mondor, Créteil.

<sup>(2)</sup> Chirurgie orthopédique, Hôpital Lariboisière, Paris.

<sup>(3)</sup> Urgences médico-chirurgicales, Hôpital J. Verdier, Bondy.

L'objectif de cette enquête observationnelle a été d'évaluer les conditions d'utilisation de l'interface **Urgotul® Souple** en pratique hospitalière au sein des établissements de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette enquête prospective a été menée sur 8 hôpitaux de l'AP-HP afin d'évaluer, les modalités de prise en charge des patients avec **Urgotul® Souple** ainsi que le niveau de performance par rapport aux attentes des utilisateurs.



**8 hôpitaux de l'AP-HP** ont expérimenté l'interface lipido-colloïde **Urgotul® Souple**, **15 patients ont été inclus** dans cette étude prospective de septembre 2008 à octobre 2009 dont **13 fiches-patients évaluable**, 77 % d'hommes et 23 % de femmes, âge moyen 50,5 ans (1,5 – 88 ans)

## Plaies traitées avec Urgotul® Souple :

- Plaies post-opératoires : 38 %
- Plaies traumatiques : 16 %
- Pertes de substance : 15 %
- Brûlures : 15 %
- Plaies du pied diabétique : 12 %
- Greffes cutanées : 8 %
- Autres: 8 %

La taille moyenne de ces plaies était de 50,5 cm<sup>2</sup> (0,5 – 300), 72,7 % étaient en phase de bourgeonnement ou d'épidermisation, 83,3 % présentaient un exsudat absent ou modéré.


## Appréciation de l'efficacité et de la tolérance de Urgotul® Souple



L'évolution cicatricielle a été considérée comme satisfaisante ou très satisfaisante dans 100 % des cas. La tolérance en particulier de la peau péri-lésionnelle a été jugée comme très satisfaisante ou satisfaisante dans 100 % des cas, de même que l'absence de douleur au retrait.

■ Très satisfait  
■ Satisfait

## Praticité et fonctionnalités de Urgotul® Souple



Les items suivants ont été évalués comme satisfaisant ou très satisfaisant, dans 84,6% des cas pour la préhension et la facilité de manipulation, dans 92,3 % des cas pour la souplesse de l'interface, dans 100% des cas pour la conformabilité, la non adhérence à la plaie et l'absence de glissement.

■ Très satisfait  
■ Satisfait  
■ Peu satisfait

Cette enquête prospective multicentrique réalisée dans 8 établissements de l'AP-HP conforte l'apport de l'interface **Urgotul®** nouvelle version souple. Celle-ci a montré une souplesse, une conformabilité, une facilité de pose, une absence de glissement très supérieurs à la version antérieure. La performance globale a été jugée bonne et très bonne par 100% des utilisateurs, l'acceptabilité par les patients ainsi que la tolérance cutanée ont été jugées comme très bonne.